


Annexe 1

Comment utiliser un lubrifiant pour le prélèvement vaginal avec un écouvillon (BD MAX™ Panel Vaginal et BD MAX CT/GC/TV)

Appliquer une quantité de lubrifiant de taille d'un Euro sur le spéculum



Appliquer uniquement sur les côtés extérieurs du spéculum, en évitant la pointe

